

仕 様 書 (E)

- 1 件 名 薬品器具戸棚の購入
- 2 納入期限 平成 29 年 9 月 8 日 (金曜日)
※ 搬入日は、東京都立食品技術センター職員と別途調整を行うこと (8 月上旬予定)。
- 3 納入場所 産業労働局秋葉原庁舎内 東京都立食品技術センター 8 階 電子顕微鏡室
(東京都千代田区神田佐久間町一丁目 9 番)
- 4 購入物件 薬品器具戸棚 1 台
- 5 基本仕様 (規格・性能等)
 - (1) 規格・性能
 - ① 外寸法
上段 (ガラス引違戸 1 個) : W120cm×D40cm×H100cm (± 2 cm 以内 可)
下段 (引出し 4 段 1 列・1 段 1 列、片開き戸 1 個)
: W120cm×D50cm×H80cm (± 2 cm 以内 可)
※ 別紙「概略図」を参照すること。
 - ② 本体
両面化粧パーティクルボード (F☆☆☆☆対応)、ライトグレー
 - ③ 甲板
耐薬品性が高く化学実験台にも使用されている特殊合成樹脂製 (10%硫酸、35%塩酸、50%リン酸等を滴下し、室温で 24 時間放置、水洗・乾燥後、外観上変化が認められない)、厚み約 45mm 仕上げ、エッジはポリプロピレン成型品、黒色
 - ④ 甲板耐熱性
180℃で 20 分 異常なし (JIS K 6902 に準拠)
 - ⑤ 甲板表面硬度
鉛筆硬度 9H 相当 (JIS K 5600 5-4 に準拠)
 - ⑥ 片開き戸機能
高さ調節可能棚 1 段、ラッチ機能付
 - ⑦ ガラス引違戸
高さ調節可能棚 2 段、各段落下防止パイプ付 (高さ 2 段階調節付)、飛散防止フィルム付、スライドロック付
 - ⑧ 引出し機能
スライドレール (樹脂ローラー付)、ラッチ機能付
 - ⑨ その他
耐震対応 (床固定、壁固定、薬品器具戸棚間固定等)
 - (2) 設置
設置作業及び調整を行うこと。また、現地にて取扱説明を行うこと。

6 支払方法

検査完了後、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。

7 その他

- (1) 搬入にエレベータを使用する場合は「1号機」のみとする。

【1号機エレベータ（荷物用）】

- ・積載量：2,000Kg
- ・定員：27名
- ・かご室（内寸法） 高さ：220cm 幅：185cm 奥行：205cm
- ・出入口 高さ：210cm 幅：120cm

- (2) 本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合には、都民の健康と安全を確保する条例（平成12年東京都条例第215号）他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提出すること。

- (3) その他、本仕様に疑義が生じた場合又は本仕様に特に定めのない事項については、その都度、当センター担当職員と協議を行うこと。

8 担 当

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番

公益財団法人東京都農林水産振興財団 東京都立食品技術センター 殿岡

TEL 03-5256-9251 FAX 03-5256-9254